



केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL & AROMATIC PLANTS
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
(Council of Scientific & Industrial Research)
पोस्ट आफिस, सीमैप, लखनऊ
P.O. CIMAP Campus, Lucknow-226015

शुद्धिपत्र

No- 73(2)/2015-क्रय-T20

दिनांक- 07.12.15

गैस क्रोमैटोग्राफ सिस्टम्स की क्रय हेतु जारी समसंख्यक निविदा दिनांक 20.11.15 के क्रम में दिनांक 04.12.15 को आयोजित पूर्व बोली बैठक के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी ने तकनीकी विशिष्टताओं में निम्न संशोधन अनुमोदित किया है।

Specification as mentioned in Tender	Modified specification after pre bid meeting
" Colum oven cool down rate: 450°C to 50 °C in 4.0 min or less	"cool down rate : 400°C to 50°C in 4.5 min or less

निविदा की शेष तकनीकी विशिष्टतायें, नियम और शर्तें यथावत रहेंगीं।

भवदीय,

भंडार एवं क्रय अधिकारी



केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL & AROMATIC PLANTS
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
(Council of Scientific & Industrial Research)
पोस्ट आफिस, सीमैप, लखनऊ
P.O. CIMAP Campus, Lucknow-226015

Corrigendum

No- 73(2)/2015-pur-T20

Date 07.12.15

In continuation of our tender for procurement of Gas Chromatograph Systems of even number dated 20.11.15 and consequent upon the pre bid meeting held on 04.12.15, the competent authority has approved the following modifications in the technical specification of the tender as detailed below :

Specification as mentioned in Tender	Modified specification after pre bid meeting
" Colum oven cool down rate: 450°C to 50°C in 4.0 min or less	"cool down rate : 400°C to 50°C in 4.5 min or less

The rest of the specifications, terms and conditions of the tender document remains unchanged.

Yours faithfully ,


Stores & Purchase Officer